

LICITACION PUBLICA N° 10/17
Expediente N° 800-1517-16/ Rs.1803/MSP-17
RECTIFICATIVAS

El Ministerio de Salud se dirige a los posibles oferentes de la Licitación Pública N° 10/17 a fin de comunicar las siguientes **RECTIFICATIVAS** con respecto a los siguientes lotes:

LOTE 19

REGLON 1: BOMBA DE INFUSION A JERINGA UNIVERSAL

CANTIDAD A ADQUIRIR: 145

DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:

Donde dice: Bomba de infusión a jeringa. Debe poseer múltiples modos de operación: tasa, relevo, trapecio, dosis de carga, microgoteo, secuencia, tiva, tiempo y peso.

RECTIFICATIVA 1:

Se aclara que todas las bombas de infusión a jeringa universal **NO** deben poseer (TIVA) "Anestesia total intravenosa".

LOTE 24

REGLON 1: RESPIRADOR ADULTO PEDIATRICO

CANTIDAD A ADQUIRIR: 6

DETALLE TECNICO, REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:

Donde dice: Posibilidad de actualización para ser usado en (MRI) Resonancia Nuclear Magnética.

RECTIFICATIVA 2:

Debe leerse:

No será de obligado cumplimiento la posibilidad de actualización para ser usado en (MRI) Resonancia Nuclear Magnética.