

**COMPRA DIRECTA N° 26/19****Expediente N° 809-00036-2019/ Rs.1342/MSP-19****ACLARATORIA N°1**

El Ministerio de Salud se dirige a los posibles oferentes de la Compra Directa N°26/19 a fin de comunicar la siguiente nota aclaratoria.

**Reglón 4:** La **lámpara scialítica** para examen debe ser PORTÁTIL.

**Reglón 7:** **Monitor de signos vitales.** NO deben venir incluidos los 2 (dos) cables de presión invasiva.

**Reglón 8:** **Monitor de signos vitales.** NO deben venir incluidos los 2 (dos) cables de presión invasiva.